



Zadávací dokumentace

K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky: Výběr dodavatele automatického hematologického analyzátoru

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Sídlo: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5-Motol

IČ: 00023884

DIČ: CZ00023884

Bankovní spojení: 5012-1816024093/0300

Statutární orgán: MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

- a) ve věcech technických a smluvních: Ing. Martin Mayer
Tel : +420 257 272 980
E-mail: martin.mayer@homolka.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení **automatického hematologického analyzátoru** pro oddělení OKBHI NNH splňující následující parametry:

- Stanovení:
 - WBC, RBC, Hgb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT
 - NEUT, LYMPH, MONO, EOS, BASO (v % i absolutních hodnotách)
 - RDW-SD, RDW-CV, PDW,MPV, P-LCR, PCT
- Principy měření:
 - Fluorescenční průtoková cytometrie: WBC-DIFF, IG, RET, IRF, PLT-o
 - Měření odporu při napájení konstantním proudem HF/DC proudem
 - Hydrodynamická fokuzace: PLT, RBC, HCT
 - SLS metoda: Hgb (netoxická metoda)
- Možnost začlenění analyzátoru do stávající hematologické automatické linky Alpha N (Sysmex)
- Plná kompatibilita reagensů s reagensy stávající linky Alpha N včetně kontrolního materiálu
- Plná kompatibilita se SIS linky Alpha N včetně technické validace a možnosti opětovného zařazení vzorku
- Možnost pracovat s otevřeným i uzavřeným systémem odběrových zkumavek od všech výrobců
- Možnost vyšetření statim – vložení během práce, předřazení
- Volitelné profily, spořicí náklady na vyšetření
- Kontrolní materiál ve třech hladinách vždy pro všechny měřené parametry
- U kontrolního materiálu nesmí být rozmezí u žádného parametru ohraničeno nulovou hodnotou
- Mezinárodní kontrola kvality online
- Oboustranná komunikace přímo se SIS sledující druh požadovaných parametrů
- Vzdálená správa online
- Promíchávání vzorků v analyzátoru dle SLP jednotlivě – standardizace měření
- Rychlost zpracování vzorků při stanovení KO+DIFF alespoň 80/hod
- Nízký aspirovaný objem vzorku nepřesahující 40μl v kapilárním módu, 85μl u statimů a 150μl v rutinním provozu v uzavřeném systému
- Stanovení nezralých granulocytů
- Monitoring hladiny reagensů
- Selektivní výběr vyšetření
- Čtečka čárových kódů
- Možnost vyšetřovat vzorky 48 hod. po odběru

Další požadavky:

- validace a servis v záruční době zdarma
- záruka min. 2 roky
- zaškolení technika OBMI na obsluhu a nastavení přístroje
- nástup na servis do 24 hodin
- cena pozáručního servisu, validace a předepsaných kontrol

3. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou a předloženo v elektronické podobě ve formátu PDF, jako součást nabídky.

4. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky

- a) Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky bez DPH a s DPH, a to v CZK. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- b) Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
- c) Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

6. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

7. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští.


8. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- a) Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
- b) Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy ve formátu PDF. Uchazeč použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní smlouvy pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá.
- c) Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu martina.nejepsova@homolka.cz.
- d) Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději do **26.8.2011**. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

9. Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Mgr. Ondřeje Zemana:
tel: +420 257 272 968, mobil: +420 737 216 653, e-mail: ondrej.zeman@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI



Příloha č. 1 Kupní smlouva na zdravotnický přístroj