



Zadávací dokumentace

K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky: **Výběr dodavatele soupravy pro měření hodinové diurézy**

Zadavatel: **Nemocnice Na Homolce**

Sídlo: **Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5-Motol**

IČ: **00023884**

DIČ: **CZ00023884**

Bankovní spojení: **5012-1816024093/0300**

Statutární orgán: **MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice**

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

- a) ve věcech technických a smluvních: Mgr. Jan Coufal
Tel : 777 810 969
E-mail: jan.coufal@homolka.cz

2. Předpokládaná hodnota zakázky: 810 000,-Kč včetně DPH

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Soupravy pro měření hodinové diurézy splňující následující požadavky:

- měřící nádoba/komory
 - celkové měření do 500 ml
 - přesné měření od 0-50 ml a od 50-150 ml
- Komora pro měření diurézy umístěna nad sběrným sáčkem
- Pasteurova komůrka se vzduchovým ventilem bránící ascendentnímu šíření infekce
- antirefluxní chlopeň
- přepouštěcí ventil po přepouštění moče z měřící nádoby
- odběrový port pro sterilní odběr vzorků moče
- napojení hadice pod úhlem 45 st. – nesmí se zalamovat, nesmí docházet k zúžení průsvitu
- posuvná svorka k uzavření hadičky
- latex free
- možnost připevnění systému k lůžku v několika variantách (pásky, háček, destička)
- Ochrana proti přetečení během transportu pacienta
- délka hadice 120 a 170 cm
- sběrné sáčky se stupnicí pro odečet, kalibrace od 100ml-1500ml, 2000 ml, 3000 ml
- náhradní sáčky s výpustí a bez výpusti
- objem náhradních sáčků 1,5l, 2l, 3,5l
- trubička vypouštěcího ventilu zůstává, na vzduchu rychle zaschne
- bezpečné spojení sběrného vaku a měřící komory bajonetovým mechanismem vypouštěcí
- ventil měřícího kontejneru s jasným popisem otevřeno/zavřeno
- Použitelnost nejméně 10-14 dní
- popis na obalu v českém jazyce

4. Předpokládaný rozsah dodávek

4500 ks / rok

Předpokládaný objem dodávek Souprav pro měření hodinového diurézy je stanoven jako přibližný za dobu trvání Rámcové kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace; odebraný objem se tak bude odvíjet od reálné potřeby zadavatele, tedy zadavatel si vyhrazuje právo odebrat menší či větší množství vybraného druhu kontrastní látky podle své potřeby bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele.

5. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení.

6. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny za poskytování plnění, přičemž hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH za předpokládaný objem uvedená v tabulce, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky

- Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
- Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

8. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

9. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští.

10. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v jednom originále a jedné kopii v českém jazyce.
- Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy. Uchazeč použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá.
- Nabídku vložte do uzavřené obálky a opatřete razítkem uchazeče a zřetelně označte nápisem „**Výběr dodavatele soupravy pro měření hodinové diurézy – neotvírat**“. Obálku zašlete nebo odevzdejte na adresu Nemocnice Na Homolce, Mgr. Jan Coufal, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, Mobil: 777 810 969, E-mail: jan.coufal@homolka.cz.
- Nabídky předejte nejpozději do 12:00 hod dne 10.8.2011. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

11. Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Mgr. Jana Coufala, Tel: 257 273 175 , Mobil: 777 810 969, E-mail: jan.coufal@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice

Příloha č. 1 Formulář nabídkové ceny
Příloha č. 2 Kupní smlouva