



Zadávací dokumentace

K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky: Výběr dodavatele vybavení očního oddělení

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Sídlo: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5-Motol

IČ: 00023884

DIČ: CZ00023884

Bankovní spojení: 5012-1816024093/0300

**Statutární orgán: MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice**

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

- a) ve věcech technických a smluvních: Ing. Martin Mayer
Tel : 257 272 980
E-mail: martin.mayer@homolka.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:

- 3 kusy vyšetřovací jednotky, z nichž každá splňuje následující požadavky:
 - levostranné provedení, přístroje napravo z pohledu pacienta
 - otočný a výsuvný stolek pro uchycení dvou vyšetřovacích přístrojů (např. štěrbínová lampa)
 - zásuvka, nebo odkládací prostor pro uložení sady zkušebních skel
 - čtecí lampička
 - úchyt pro upevnění projekčního optotypu
 - elektrické patientské křeslo
 - napájení 230V
- 3 kusy projekčních optotypů, z nichž každý splňuje následující požadavky:
 - projekční deska pro uchycení na stěnu
 - dálkové ovládání
 - minimální vybavení: písmena, čísla, háky.
- 3 kusy štěrbínových lamp, z nichž každá splňuje následující požadavky:
 - opěrka hlavy
 - min. modrý kobaltový a zelený (red-free) filtr
 - rotace min. 90° na obě strany
 - min. 3 stupně zvětšení
 - plynulá regulace štěrbiny (min. 14 mm) a intenzity osvětlení
 - možnost připojení fotoaparátu nebo kamery
 - dioptrická korekce okuláru
- 3 kusy bateriových oftalmoskopů

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah $\pm 10\%$.

- Další požadavky:
 - BTK a servis v záruční době zdarma
 - záruka min. 2 roky (delší záruka výhodou)
 - zaškolení technika OBMI na obsluhu, nastavení, BTK a údržbu přístroje
 - přehled spotřebního materiálu (název, cena,...)
 - nástup na servis do 24 hodin, při neodstranění závady zapůjčení náhradního přístroje
 - cena pozáručního servisu a BTK

3. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou a předloženo v elektronické podobě ve formátu PDF, jako součást nabídky.

4. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky

- a) Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- b) Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
- c) Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

6. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

7. Variantní řešení


Zadavatel nepřipouští.

8. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- a) Nabídka bude vypracována v českém jazyce, musí obsahovat položkovou cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, zaškolení personálu, atd.
- b) Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy ve formátu PDF. Uchazeč použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní smlouvy pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá. Dále prohlášení o shodě (Declaration of conformity), technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání.
- c) Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu martina.nejepsova@homolka.cz.
- d) Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději do **4.8.2011**. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

9. Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Bc. Ladislava Škardy Tel: 257 272 187, Mobil: 603 280 350, E-mail: Ladislav.Skarda@homolka.cz.


Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI